

Visualización manual

Antes de comenzar la visualización:

- ✓ Encender el thermomixer a 50°C al menos 60' antes de comenzar la visualización.
- ✓ Calentar la SH a 50°C al menos 30' antes de comenzar la visualización para permitir que se disuelvan las sales.
- ✓ Encender el lector CAR® y comprobar que funciona correctamente.

